

Informativní výtisk

OTH - Příloha č. 5 k LP (Hlášení krit.hodnot)

Pracovní instrukce/číslo : D-PI-OTH-005

verze : 06

strana: 1 z 1

HLÁŠENÍ KRITICKÝCH HODNOT HEMATOLOGICKOU LABORATOŘÍ OTH ON JIČÍN A. S.

Vyšetření	Jednotka	Pod	Nad
Leukocyty	×10 ⁹ /l	2,5 (RTO ONJC jen nově)	20,0 nově
Hemoglobin	g/l	70 nově; 60 vždy	-
Trombocyty	×10 ⁹ /l	50 nově	1500
Diferenciál mikroskopický	-	X-B nově, Schistocyty/mikrosférocyty nově	
PT – R, INR	1	-	5,00
APTT – R	1	-	4,00
Fibrinogen	g/l	1,50	-
D-dimery (FEU)	mg/l	-	10,00
Antitrombin	%	40	-
TT	s	-	120
DTI - Pradaxa	ng/ml	-	200
DXaI	µg/l	Hlásí se všechny výsledky.	
PAT novorozeneček	-	pozitivní	
Test kompatibility	-	pozitivní výsledek u vitální indikace	
Potransfuzní reakce	-	výsledek imunohepatologického vyšetření	

Platí od: 1.9.2018